



Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző

**Ajánlat amalgám – szeparátor fogászati kezelőegységbe történő beépítésére**

## ELŐTERJESZTÉS

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
Szociális bizottság	Nyílt	Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	Zárt	Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság		Egyszerű többség
<b>Képviselő-testület</b>		Minősített többség

### **A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 RENDELETE (2017. május 17.) amely a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik az alábbiak szerint:

„mivel: (1) A higany egy erősen mérgező anyag, ami – ideértve a tengeri és egyéb tengeri táplálékforrásokban metilhigany formájában történő előfordulását is – világszinten jelentős veszélyt jelent az emberi egészségre, az ökoszisztémákra és az élővilágra nézve. A higanyszennyezés határokon átnyúló jellege miatt az Unióban jelentkező összes higanylerakódás 40–80 %-a az Unión kívülről ered. Ebből adódóan helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szintű fellépésre van szükség.

(2)

ccc ) A higany fogászati amalgámban való felhasználása jelenti az Unióban a legnagyobb mértékű higanyfelhasználást, és ez jelentős szennyező forrás is. Ezért az egyezményrel és különösen az egyezmény A. mellékletének II. részében felsorolt intézkedéseken alapuló nemzeti tervekkel összhangban a fogászati amalgám használatát fokozatosan csökkenteni kell. A Bizottságnak értékelnie kell a fogászati amalgám használatának fokozatos, hosszú távon és lehetőleg 2030-ig való megszüntetésének kivitelezhetőségét, és be kell számolnia erről, figyelembe véve az e rendelet által előírt nemzeti terveket és teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok hatáskörét az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezése és nyújtása terén. Ezenkívül konkrét megelőző egészségvédelmi intézkedéseket kell tenni a népesség veszélyeztetett tagjait, például a gyermekeket és a várandós vagy szoptató nőket illetően.

(22) Kizárólag az előre adagolt, kapszulázott fogászati amalgám használatát szabad megengedni és kötelezővé kell tenni az amalgám-szeparátorok használatát azon fogászati létesítményekben, amelyekben fogászati amalgámot használnak fel, vagy fogászati amalgámtömést vagy ilyet tartalmazó fogakat távolítanak el, mind a fogászati szakemberek, mind a betegek higanynak történő expozícióval szembeni védelme érdekében, és annak biztosítására, hogy a keletkező higanyhulladékot szelektív gyűjtés után megfelelő hulladékkezelésnek vessék alá és az semmilyen körülmények között ne kerülhessen a környezetbe.

Rétság Város Fogászati rendelőjében is szükséges a fogászati kezelőegységet amalgám-szeparátorral ellátni. Erre vonatkozóan a Globdent Kft.-től (2600 Vác, Szélső sor 43., ügyvezető: Kovács Balázs) kértünk árajánlatot. Az ajánlatot az előterjesztés tartalmazza az alábbiakban: [Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm az árajánlatot a fogászati kezelőegység amalgám szeparátor beépítésére.](#)

(Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 rendeletének értelmében minden fogászati kezelőegységet el kell látni zárt tartályos amalgám szeparatorral).

C4+ Amalgám szeparator set kpl.:

790.000.- Ft + Áfa = 1.003.300.- Ft

Üdvözlettel:  
Kovács Balázs  
Globdent Kft.  
+36-20-9321676

Rétság, 2022.november 17.

**Jámbor Lajos**  
jegyző

### **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**

**Jogszabályi háttér.** AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 RENDELETE (2017. május 17.) amely a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

### **Határozati javaslat**

## **RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2021.( ..... ) HATÁROZATA**

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Fogorvosi Szolgálat fogászati kezelőegységének zárt tartályos amalgám-szeparatorral történő ellátására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület a Globdent Kft.( 2600 Vác, Szélső sor 43.) által a C4+ Amalgám szeparator set kpl. beépítésére vonatkozó 790.000.- Ft + Áfa = 1.003.300.- Ft összegű árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az amalgám-szeparator beépítésére vonatkozó szerződést a Globdent Kft.( 2600 Vác, Szélső sor 43.) képviselőjével aláírja. A szükséges pénzügyi fedezetet a 2021. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.

Határidő: 2021.december 10.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

### **Záradék:**

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos  
jegyző